

Selektor für telezentrische / Makro Objektive

Finden Sie das passende Objektiv für Ihre Applikation. Die Auflistung wird live angepasst. Weitere Größen und Typen sind auf Anfrage erhältlich.

¹ An den Rändern der Schärfentiefe kann das Bild noch für Messungen verwendet werden. Für ein sehr scharfes Bild allerdings muss die Hälfte der Schärfentiefe genommen werden. Die Pixelgröße für die Berechnung ist 5,5 µm.

² Effektive Blendenzahl (wF/#): die reale Blendenzahl eines als Makro verwendeten Objektivs. Objektive mit kleinerer Blende können auf Anfrage geliefert werden.

³ Arbeitsabstand: Abstand zwischen dem vorderen Ende der Mechanik und dem Objekt. Dieser Abstand muss innerhalb von +/-3% des nominalen Werts liegen, um minimale Verzeichnung und maximale Auflösung zu garantieren.